

Wodzisław Śl., 16.02.2016 r

L.dz. DZPiZ/1508/2016

Oferenci biorący udział w postępowaniu
na dzierżawę analizatorów parametrów
krytycznych wraz z zakupem materiałów
eksploatacyjnych
Nr sprawy 08/ZP/16

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące zapytania do wyżej wymienionego postępowania:


1. Czy Zamawiający wymaga **fabrycznie nowych** analizatorów parametrów krytycznych (**rok produkcji -nie starszy niż 2015**)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowych analizatorów –rok produkcji nie starszy niż 2015.

2. Czy Zamawiający wymaga każdorazowej walidacji nowej kasety przy jej wymianie (jedynie raz na 21 dni) za pomocą specjalnie dedykowanego materiału w celu wykluczenia uszkodzenia kasety oraz błędów całego systemu przed jego uruchomieniem? Czynność ta gwarantuje najwyższą jakość wyników i wykluczenie błędów w fazie analitycznej na poziomie 97%.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Z poważaniem

Dyrektor

mgr Bożena Cipek