

Wodzisław Śl., 08.02.2016 r

Oferenci biorący udział w postępowaniu
na sukcesywną dostawę krążków
antybiogramowych oraz szczepów wzorcowych
Nr sprawy 06/ZP/16

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące zapytania do wyżej wymienionego postępowania:

1. Dotyczy pakietu 1:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że wszystkie krążki muszą mieć identyczne warunki przechowywania od -20°C do $+8^{\circ}\text{C}$? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości (aktywność), gdy przechowywane są w temperaturze -20°C .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, oczekujemy oferty zgodnej z SIWZ.

2. Czy Zamawiający odstąpi do wymogu dostępności certyfikatów kontroli jakości na stronie internetowej, skoro certyfikat jest dostarczany każdorazowo wraz z dostawą, a w razie potrzeby Zamawiającego jest on wysyłany drogą mailową/faxową?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostępności certyfikatów na stronie internetowej.

2. Dotyczy pakietu 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych pochodzących z pierwszego pasażu w postaci liofilizowanych krążków?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 cryobanku zawierającego 80 sztuk fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy Pakietu nr 1: Zwracamy się z pytaniem czy w poz. 21 nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i zamiast „cefoperazon z sulbactamem 75/10 μg ” powinno być „cefoperazon z sulbactamem 75/10 μg ”?

Odpowiedź: Powinno być „cefoperazon z sulbactamem 75/30 μg ”.

Z poważaniem