

Wodzisław Śl., 08.08.2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla
Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej.
Nr sprawy 14/ZP/16

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące zapytania do wyżej wymienionego postępowania:

Dotyczy pakietu nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie podłoży gotowych w butelkach o terminie ważności min. 6 miesięcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści roztwór KOH o terminie ważności min. 6 miesięcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 21 podłoża bez chloramfenikolu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku podłoży na płytkach oznaczenie CE umieszczone było na etykiecie opakowania zbiorczego zamiast bezpośrednio na płytce?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 8 i 17 podłoża z 6-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 16 podłoża z 7-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 25 i 26 podłoży z 4-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania na etykietkach, umieszczonych na butelkach informacji o zagrożeniach jeżeli informacje takie będą umieszczone w karcie charakterystyki produktu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cieplarki zgodnie z opisem (Załącznik nr 1 do pytań)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podłoża w butelkach posiadały min. 10 miesięczny termin ważności od momentu dostawy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 4:

11. Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga testu o czułości 3ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie takiego testu, ale nie wymaga.

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.
Z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śl. ul. 26 Marca 51
tel./fax 32 45 91 837 i 838
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

12. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuszcza testy pakowane po 10 ozn.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów pakowanych po 10 ozn.

13. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuszcza testy pakowane po 10 ozn.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów pakowanych po 10 ozn.

14. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuszcza testy pakowane po 10 ozn.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów pakowanych po 10 ozn.

15. Czy zamawiający w pakiecie nr 4 w pozycji 6 wymaga testu kasetkowego do wykrywania *Helicobacter pylori* w kale o czułości i swoistości 100%w stosunku do referencyjnej metody endoskopowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

16. Pakiet nr 5 poz. 2-4

Jako producent asortymentu wymienionego w pakiecie nr 5, oświadczamy, że antygeny kontrolne wymienione w poz. 2-4 występują w opakowaniu a' 1 ml. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.2-4 opakowań a' 1ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na: 4 opakowania w każdej z pozycji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

17. Pakiet nr 5 poz. 2-4

Jako producent asortymentu wymienionego w pakiecie nr 5, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu z terminem ważności min. 10 m-cy od momentu dostawy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu z terminem ważności min. 10 m-cy od momentu dostawy.

18. Dotyczy formularza cenowego dla pakietu nr 1

Czy Zamawiający w kolumnie nr 5 „Cena jednostkowa netto szt.” wymaga wpisania ceny za „Opakowanie jednostkowe – szt.” zawarte w kolumnie nr 3?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wpisania w kolumnie nr 5 ceny jednostkowej netto za 1 szt.

Z poważaniem