

Wodzisław Śląski 03.11.2016r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na sukcesywna dostawę podłoży mikrobiologicznych, testów serologicznych, odczynników wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą urządzenia klimatyzacyjnego – nr sprawy: 28/ZP/16

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 1 – Dzierżawa aparatu do posiewu krwi i zakup podłoży do aparatu, poz. 1 - Podłoża do hodowli bakterii, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii

Czy Zamawiający w pozycji 1 – „Podłoża do hodowli bakterii, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii” wymaga aby Wykonawcy, którzy posiadają dodatkowo w ofercie obok wyżej wymienionych podłoży, również podłoża umożliwiające selektywną hodowlę grzybów drożdżopodobnych, pleśniowych wzbogacone czynnikami hamującymi wzrost bakterii, aby zaoferowali takie podłoże wpisując jego nr. kat. w kolumnie „Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/numer katalogowy”, aby Zamawiający mógł zamiennie zamawiać te podłoża?. Zamawiający możliwość zaoferowania podłoża selektywnego do hodowli grzybów drożdżopodobnych punktuje w tabeli parametrów ocenianych w pkt. 1.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy posiadają dodatkowo w ofercie obok wyżej wymienionych podłoży, również podłoża umożliwiające selektywną hodowlę grzybów drożdżopodobnych, pleśniowych wzbogacone czynnikami hamującymi wzrost bakterii, aby zaoferowali takie podłoże wpisując jego nr. kat. w kolumnie „Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/numer katalogowy”, aby Zamawiający mógł zamiennie zamawiać te podłoża.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 1 – Dzierżawa aparatu do posiewu krwi i zakup podłoży do aparatu, poz. 2 - Podłoża do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych oraz bakterii sfagocytowanych wzbogacone czynnikiem lizującym z krwi i płynów ustrojowych od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii

Czy Zamawiający w pozycji 2 – „Podłoża do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych oraz bakterii sfagocytowanych wzbogacone czynnikiem lizującym z krwi i płynów ustrojowych od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii” wymaga aby Wykonawcy, który posiadają w ofercie podłoża z czynnikiem lizującym do hodowli bakterii beztlenowych oraz podłoża do hodowli drobnoustrojów beztlenowych w trakcie antybiotykoterapii zaoferowali oba rodzaje podłoży i wpisali do kolumny „Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/numer katalogowy” dwa numery katalogowe, aby Zamawiający mógł zamiennie zamawiać te podłoża? Zamawiający możliwość zaoferowania oraz wyceny podłoży umożliwiających wzrost drobnoustrojów sfagocytowanych wzbogacone czynnikiem lizującym punktuje w pkt.2 parametrów ocenianych.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy posiadają w ofercie podłoża z czynnikiem lizującym do hodowli bakterii beztlenowych oraz podłoża do hodowli drobnoustrojów beztlenowych w trakcie antybiotykoterapii zaoferowali oba rodzaje podłoży i wpisali do kolumny „Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/numer katalogowy” dwa numery katalogowe

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 1 – załącznik nr 5 punkt nr 1 – Dostawa podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i klimatyzatora oraz projektu umowy dot. aparatu §4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z 2010 roku (aparat zgodnie z SIWZ ma być objęty gwarancją na czas całej umowy łącznie z kosztami przeglądów i napraw)?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu z 2010 roku.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 2 – Testy diagnostyczne, poz. 5 i 6 –Zestaw do wytwarzania środowiska beztlenowego oraz zestaw plastikowych klipsów do zamknięcia foliowych torebek z beztlenowcami

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w pozycji 5 gotowych zestawów do wytwarzania środowiska gazowego zawierającego: torebki, generatory (saszetki) do wytwarzania środowiska beztlenowego oraz gotowe klipsy do zamknięcia torebek z saszetkami? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nie wycenianie i ominięcie pozycji 6 (klipsów) ze względu na to będą zaoferowane oraz wycenione w pozycji 5?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 5 gotowych zestawów do wytwarzania środowiska gazowego zawierającego: torebki, generatory i klipsy do zamknięcia torebek. W przypadku zaoferowania wyżej wymienionego produktu wycena w poz. 6 nie jest wymagana.

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu 2 – Testy diagnostyczne, poz. 4 - Szybki test lateksowy do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae

Czy Zamawiający w poz. 4 „Szybki testy lateksowy do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae” dopuści możliwość zaoferowania testu w opakowaniu jednostkowym po 30 ozn. z odpowiednim przeliczeniem według zapotrzebowania Zamawiającego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 4 testu po 30 ozn. z odpowiednim przeliczeniem według zapotrzebowania Zamawiającego

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu 2 – Testy diagnostyczne, poz. 8 - Szybki test do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i pałeczek niefermentujących

Czy Zamawiający w poz. 8 – „Szybki testy lateksowy do wykrywania karbapenemaz klasy A, b i D u Enterobacteriaceae i pałeczek niefermentujących” dopuści możliwość zaoferowania testu w opakowaniu jednostkowym po 25 ozn. z odpowiednim przeliczeniem według zapotrzebowania Zamawiającego?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania takiego testu.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu 2 – Testy diagnostyczne, poz. 1, 4, 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów opisanych w poz. 1, 4 i 8 z terminem ważności 5 - 6 m-cy od daty dostawy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza testów z terminem ważności 5-6 mc-y od daty dostawy.

Pytanie 8. dot. wzoru umowy sprzedaż podłoży microbiologicznych, testów lateksowych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w § 1 ust. 3 w następujący sposób:

*"... każdorazowej dostawy na 5 dni **roboczych** od daty złożenia."*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9. dot. wzoru umowy sprzedaż podłoży microbiologicznych, testów lateksowych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w § 1 :

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 15% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”, izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, nie jest w stanie określić jakie osoby będzie hospitalizował a tym samym nie wiadomo jakich artykułów i w jakiej ilości będzie potrzebował.

Pytanie 10. dot. wzoru umowy sprzedaż podłoży microbiologicznych, testów lateksowych:

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od

ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić jakie osoby będzie hospitalizował a tym samym nie wiadomo jakich artykułów i w jakiej ilości będzie potrzebował.

Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 2 – Testy diagnostyczne, poz. 5 –Zestaw do wytwarzania środowiska beztlenowego oraz zestaw plastikowych klipsów do zamknięcia foliowych torebek z beztlenowcami

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zestawy pakowane po 20 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw pakowany po 20 szt.

Dotyczy: Aparatu do posiewu krwi (pakiet 1)

1. Czy Zamawiający dopuści odczyt monitorowanych próbek co 12 min? Różnica czasu 2 min w skali całego czasu inkubacji próbek i innych płynów ustrojowych nie ma znaczenia, nie ma wpływu na czas detekcji próbek dodatnich. Możemy to potwierdzić niezależną publikacją wykazującą najkrótszy czas detekcji dla próbek wkładanych z opóźnieniem i bez opóźnienia (w załączeniu). Parametr taki jedynie blokuje pozostałych wykonawców zmniejszając konkurencyjność ofert.

Odp. Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, który posiada 96 miejsc inkubacyjno-pomiarowych?

Odp. Zgodnie z SIWZ

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość dopuszczenia do pozytywnej oceny butelek, w których neutralizacja antybiotyków oparta jest o system rozcieńczeń. W aparatach do posiewu krwi system detekcji oraz sposób neutralizacji antybiotyków jest indywidualnym patentem producenta, który ma zapewnić jak największy odzysk oraz ma neutralizować czynniki mogące hamować wzrost drobnoustrojów.

Dopuszczenie do pozytywnej oceny zastosowanego w butelkach producenta systemu rozcieńczeń zapewni neutralizację antybiotyków oraz białych krwinek.

Oferowane pożywki w butelkach nie wymagają stosowania inhibitorów, ponieważ zapewniają możliwie największy stopień rozcieńczenia (dziewięćset krotny stopień rozcieńczenia w przypadku minimalnej objętości próbki) oraz są zwalidowane dla pacjentów dorosłych oraz dzieci w trakcie antybiotykoterapii.

Odp. Zgodnie SIWZ

4. Dot. „Odczyt badanych próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 min.”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania systemu, w którym zasada detekcji oparta jest o pomiar zmiany ciśnienia czterech gazów (CO₂, H₂, N₂, O₂).

Metoda detekcji kolorymetrycznej lub fluorescencyjnej opiera się wyłącznie o pomiar CO₂, w związku z tym wykryje tylko drobnoustroje produkujące CO₂, natomiast nie wykryje drobnoustrojów, które np. konsumują O₂.

W metodzie pomiaru zmiany ciśnienia gazów czujnik detekcji znajduje się w aparacie, natomiast wskaźniki detekcji w metodzie kolorymetrycznej oraz fluorescencyjnej znajdują się w butelkach. Obecność wskaźnika detekcji w butelce może prowadzić do wyników fałszywie dodatnich związanych z uszkodzeniem wskaźnika detekcji podczas transportu butelki do laboratorium.

Rodzaj metody systemu detekcji nie ma uzasadnienia merytorycznego, ponieważ różne systemy działają w oparciu o różne metody detekcji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie tego parametru dotyczącego warunków granicznych aparatu lub zmianę zapisu na:” Odczyt badanych próbek w aparacie co ... min. „.

Umożliwi to złożenie oferty pozostałym Wykonawcom.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: część II – wzór umowy – sprzedaż podłoży mikrobiologicznych, testów lateksowych

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? (§4 ust. 1)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zmianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub pro-

ducenta odczynnika? (§9)

adres e-mail: przetargi@zoz.wodzislaw.pl stachniuke@zoz.wodzislaw.pl

3. Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opako-

