

Wodzisław Śląski 03.01.2019r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na sukcesywną dostawę podłoży mikrobiologicznych wraz z dzierżawą chłodziarko-zamrażarki oraz pasków do oznaczenia MIC i testów kasetkowych, immunochromatograficznych do oznaczania antygenu GDH i Toksyny A/B Clostridium difficile

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

Dotyczy części nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie certyfikatów kontroli jakości wraz z dostawą podłoży?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz.2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w opakowaniu a'10 testów w ilości 63 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Część nr 3, poz. 1 i 2:

a) Czy Zamawiający dopuści szybki kasetkowy test immunoenzymatyczny?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

b) Czy Zamawiający wymaga zestawu z kontrolą dodatnią?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

c) Czy czułość i specyficzność ma być wyznaczona względem metody referencyjnej tj. hodowli tkankowej/bakteryjnej? Jeżeli nie to prosimy o doprecyzowanie względem czego mają być te parametry wyznaczone.

Odpowiedź : Czułość i specyficzność testu ustalona na podstawie porównania z dostępnymi na rynku innymi testami komercyjnymi.



d) Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „matryca kału”?

Odpowiedź : Zamawiający przez matrycę kału rozumie próbkę kału.

Komitet ds. zamówień
i przetargów publicznych
Wodzisław Śląski

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?
2. Czy Zamawiający wymaga zaferowania podłoży w probówkach oznaczonych trwałym nadrukiem (nie etykietką) zawierającym nr katalogowy, nazwę skróconą podłoża, numer serii, datę ważności, nazwę producenta?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku podłoży na płytkach oznaczenie CE umieszczone było na etykiecie opakowania zbiorczego zamiast bezpośrednio na płytce?
4. Czy Zamawiający w celu zapewnienia standaryzacji badań wymaga aby wszystkie podłoża (poz. 1-31) pochodziły od jednego producenta?
5. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie podłoży w pozycjach 2 oraz 4 z 7 tygodniowym terminem ważności?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża w pozycji 16 z terminem ważności wynoszącym 21 dni?
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podłoży w butelkach z terminem ważności wynoszącym 11 miesięcy?
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę podłoży mikrobiologicznych w ciągu 4 dni roboczych?
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chłodziarko-zamrażarki zgodnie z załącznikiem nr 1 do pytań?



Złotowski Stanisław
Przetargi i Zamówienia
Eduarda 11

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Dane techniczne - lodówka Samsung RB37J5325WW

zuzumek 11

Wymiary bez elementów wystających (WxSxG)	201 x 59,5 x 67,2 cm
Kolor urządzenia	biały
Kolor / materiał drzwi	biały - emaliowany
Kolor / materiał boków	biały - emaliowany
Położenie zamrażarki	na dole
Ilość agregatów	1
Ilość termostatów	2
Wydajność zamrażania	13 kg/24h
Zdolność przechowywania w razie awarii	18 godzin
System No Frost	tak
Rozmrażanie w chłodziarce	No Frost
Rozmrażanie w zamrażarce	No Frost
Sterowanie	elektroniczne
Funkcja szybkiego chłodzenia	nie
Funkcja szybkiego zamrażania	tak
Zamienna strona zawiasów drzwi	tak
Dodatkowe opcje	komora świeżości "Fresh Zone", oświetlenie ledowe, system All Around Cooling, technologia Digital Inverter, technologia Space Max, wyświetlacz elektroniczny
Efektywność energetyczna	
Klasa efektywności energetycznej	A++
Roczne zużycie prądu	259 kWh
Pojemność netto chłodziarki	269 litrów
Pojemność netto zamrażarki	98 litrów
Klasa zamrażarki	****
Klasa klimatyczna	N, SN, T, ST
Poziom hałasu	38 dB
Bezpieczeństwo użytkowania	
Bezpieczeństwo	powłoka antybakteryjna, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi
Parametry zewnętrzne	
Wymiary opakowania	75,80 x 63,70 x 208,80 cm
Waga z opakowaniem	74 kg
Wyposażenie	
	1 półka na butelki, 1 szuflada na warzywa i owoce, 1 szuflada świeżości, półki szklane w chłodziarce, 3 szuflady w zamrażarce, 4 półki w drzwiach instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

Odpowiedź :
Ad 1- Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakład Gminny w Wodzisławiu Śląskim
Publicznych Zakupów
[Signature]
Dzielnica CH

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Ad 2- Zamawiający nie wymaga.

Ad 3 - Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 4 - Zamawiający nie wymaga aby wszystkie podłoża pochodziły od jednego producenta.

Ad 5 - Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podłoży z takim terminem ważności.

Ad 6- Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 7- Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 8 - Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad 9 - Zgodnie z SIWZ

Dyrektor

Kierownik Działu Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia
Bodan/CU

