



PPZOZ
WODZISŁAW ŚL.
RYDUŁTOWY

POWIATOWY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51

Wodzisław Śl., 18.01.2017 r.

L.dz. DZPIZ /17.

Do: wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na dostawę implantów ortopedycznych
Nr sprawy 33/ZP/16

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 2 poz. 4** wymaga zaoferowania w jednej pozycji dwóch rodzajów gwoździ – puszczelowych i udowych „gamma”? Pytanie wynika z faktu, iż w poz. 1 Pakietu 2 występuje również gwóźdź typu „gamma”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 2 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania:

Gwóźdź do kości puszczelowej blokowany odpiętowo, w składzie:

- gwóźdź do kości puszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe,
- śruba zaślepiająca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w **Pakiecie 2 poz. 19** dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o średnicy 4 mm i długości 32mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 2 poz. 28** dopuści możliwość zaoferowania podkładki w rozmiarach 6,7x13mm, 4,7x10mm, 3,7x10mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w **Pakiecie 2 poz. 32** dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej rynienkowej 1/3 o szerokości 8-10 mm zamiast o średnicy 8-10 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w **Pakiecie 2 poz. 33** dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej rynienkowej 1/3 o szerokości 5-7 mm zamiast o średnicy 5-7 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** dopuści możliwość zaoferowania płytki dystansowej do osteotomii korekcyjnej od 5 mm do 17,5 mm zamiast od 5 mm do 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w **Pakiecie 10 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytek L 4, 5 otworowych zamiast 3, 4 otworowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

9. Pytanie do: Zadanie 1. Endoprotezy beczementowe stawu biodrowego

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny: Endoproteza beczementowa stawu biodrowego:

Trzpień – beczementowy, stożkowy w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną,

Getin Noble Bank S.A
Nr konta: 63 1560 0013 2367 2176 2323 0001
NIP 647-18-39-389
REGON : 000312455
www.zoz.wodzislaw.pl
e-mail: kancelaria@zoz.wodzislaw.pl



Telefony:
Centrala: 032 4591800
Dyrekcja: 032 4591825
Gł. Księgowy: 032 4591812
Fax: 032 4591777

w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony.

Panewka – bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu *press-fit*, posiadająca okładzinę z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewek: co najmniej od 40mm do 68mm ze skokiem co 2mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki kompatybilne z wkładkami polietylenowymi i ceramicznymi. Zaślepka do panewki.

Wkładka polietylenowa – wkładka polietylenowa wysokiej gęstości typu *cross-link* kompatybilne z panewkami. Możliwe wkładki z offsetem.

Głowa metalowa – głowy metalowe o średnicach od 22mm do 36 mm.

Głowa ceramiczna- typu Biolox Delta w średnicach od 28mm do 36 mm, opcjonalnie dla osób młodych i uczulonych na jony metali głowa może być ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa ma charakter ceramiczny.

Śruby – śruba o średnicy 6,5mm i różnych długościach.

Bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6

10. POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Drut Kirschnera trójgranic:

- od 1,0mm do 2,2mm dł. 225mm

- od 1,0mm do 3,0mm dł. 300mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Drut kostny do cerklarzu:

- miękki i twardy od 0,45mm do 1,5mm/10m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Drut Kirshnera z gwintem:

-2,5 x 225mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Grot Steinmanna

-dł.150mm i 175mm śr.4mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

POZ. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Gwóźdź Rusha:

-śr. 2,5 dł.od 100 do 240 mm

-śr. 3,0 dł.lub 3,5 dł. od 100 do 240 mm

-śr. 4,0 dł. od 200 do 360 mm

-śr. 5,0 dł. od 200 do 340 mm

-śr. 6,0 dł. od 280 do 400 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 10

POZ. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki L lewa i prawa kompatybilne z wkrętami 2mm 2,3 otwory w części podłużnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8 ust.1.

W razie niedotrzymania terminów dostawy określonych w § 3, §5 ust. 4, § 6 ust. 5 sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu 6 poz. 4** Grot Steinmanna z końcówką zaokrągloną (jak niżej)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


13. Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu 6 poz. 2** Druk kostny do cerklarzu tylko miękki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

14. Czy Zamawiający w **Zadaniu 12** ze względu na nie wielkie ilości asortymentu do zakupu zgodzi się na odstąpienie użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu 10 poz. 5** Płytki L lewa i prawa kompatybilne z wkrętami 2 mm, 2 otwory w części podłużnej?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem