

Wodzisław Śląski dnia, 28.03.2017 r.

L.dz. TP /17

Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
**Dostawa implantów ortopedycznych, drenów
do pompy płuczącej, akcesoriów do respiratora**
nr sprawy 6/ZP/2017

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1 do Części 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system ze śrubami o średnicy od 4,5 do 7,5 mm (skok co 1 mm), długości gwintu kostnego od 25 -55 mm (skok co 5 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 do Części 9

Czy Zamawiający ze względu na niewielką ilość zamawianych kompletów dopuści do postępowania obsługę zabiegów zestawem dosyłanym w ciągu 24 h od daty zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 do Części 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, a po wymieszaniu wypełnienie cementem podajnika a następnie trzonu z tego samego urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 do Części 10

Czy Zamawiający wymaga podwyższonej lepkości cementu, który pozwala utrzymać ciastowatą konsystencję podczas podawania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 5 do Części 9:

Czy zamawiający w pakiecie nr 9 w instrumentarium dodatkowym dostarczanym do szpitala wymaga łyżek do przygotowania przestrzeni, retraktorów skórnych oraz metalowych wielorazowych końcówek do ssaka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Z poważaniem