

Wodzisław Śląski 21.06.2017 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Przebudowa pomieszczeń na wysokim
parterze w budynku głównym szpitala
na potrzeby bloku operacyjnego
wraz z dostawą i montażem wyposażenia
nr sprawy 11/Zp/17

L.dz. TP /17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Przebudowa pomieszczeń na wysokim parterze w budynku głównym szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia, nr sprawy 11/ZP/17.

Dyrekcja PPZOZ informuje, że wprowadza zmianę do odpowiedzi na pytania złożone przez wykonawców:

1. Pozycja 28.8 Tabeli SIWZ z parametrami technicznymi tj. „Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja pola operacyjnego odbywa się tylko za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie w czaszy lampy? Jest to regulacja mechaniczna, która jest metodą najbardziej precyzyjną, intuicyjną i zapewnia niski stopień awaryjności.”

Odpowiedź brzmiała: Tak, zgodnie z SIWZ.

Prawidłowa odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Pytanie nr 5- dotyczy: załącznik nr 3 Wykaz sprzętu - opis parametrów technicznych - kolumna anestezjologiczna

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał kolumnę anestezjologiczną spełniającą załączoną tabelę wymagań:

Odpowiedź brzmiała:

3	Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm.	TAK	Zamawiający nie dopuszcza
---	--	-----	---------------------------

Prawidłowa odpowiedź:

3.	Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm.	TAK	Zamawiający dopuszcza
----	--	-----	-----------------------

Z poważaniem