

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Wodzisław Śląski 03.11.2017 r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na dostawę materiałów operacyjnych – nr sprawy: 19/ZP/2017

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 19 poz.3 wymaga zaoferowania podkładu nieprzemakalnego?

Odp. Nie wymagamy.

Pakiet nr 12

poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu ze względu na zwiększenie konkurencyjności cen?

Odp. Nie wydzielamy.

Pakiet nr 13

poz.1 Czy zamawiający dopuści wyroby z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2

Odp. Zgodnie z SIWZ

poz.1 Czy zamawiający dopuści wycenę za sztukę?

Odp. Dopuszczamy.

Poz.1 Czy zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne osobno pakowana bluza i osobno spodnie?

Odp. Nie dopuszczamy

Pakiet nr 14

poz. 1 i 2 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odp. Tak.

Poz.3 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Odp. Tak.

Poz.3 Czy zamawiający dopuści rozmiar duży uniwersalny, który wypada jak XL?

Odp. Tak.

Poz.4 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Odp. Tak.

Poz.4 Czy zamawiający dopuści rozmiar duży uniwersalny, który wypada podobnie jak XL?

Odp. Tak.

Poz.5 Czy zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii w rozmiarze dużym uniwersalnym, który wypada jak XL?

Odp. Tak.

Poz.6 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem?

Odp. Tak.

Poz.8 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odp. Tak.

Poz.9 Czy zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowej o gramaturze 20 g/m2?

Odp. Tak.

Pakiet nr 18

Poz.1 Czy zamawiający dopuści serwetę niejałową włókninową o gramaturze 22 g/m2?

Odp. Nie dopuszczamy.

Poz.1 Czy zamawiający dopuści serwetę niejałową włókninową o gramaturze 25 g/m2?

Odp. Nie dopuszczamy.

Poz.1 czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 210 cm x 160 cm?

Odp. Dopuszczamy.

Poz.1 czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 210 cm x 130 cm?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 w pozycji 1, 2 x fartuchy chirurgiczne wzmocnione rozmiar XL z włókniny SMS o min. gramaturze 35 g/m², w miejscach krytycznych wstawki z laminatu o łącznej min. gramaturze 73g/m².

Odp. Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 w pozycji 1, 1 x fartuch chirurgiczny wzmocnione rozmiar L z włókniny SMS o min. gramaturze 35 g/m², w miejscach krytycznych wstawki z laminatu o łącznej min. gramaturze 73g/m².

Odp. Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 w pozycji 1, Zestawu uniwersalnego do obłożenia pola operacyjnego o następującym składzie:

1 x serweta na stół do instrumentarium 150x200 cm

1 x serweta 150x240 cm samoprzylepna

1 x serweta 150x200 cm, samoprzylepna

2 x serweta 75x100 cm, samoprzylepna

2 x ręcznik 30x30 cm

1 x taśma samoprzylepna 10x50 cm

1 x osłona na stolik MAYO 80x140 cm.

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Wymagamy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 zestawu do cięcia cesarskiego nieznacznie różniącego się od wymaganego, o niżej opisanym, min. składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- 1 serweta (min.140 x 190 cm) na stół instrumentarium

- 1 serweta (min.175 x 280 cm) do cięcia cesarskiego z otworem o wymiarach 36x36cm wypełnionym folią chirurgiczną i torbą na płyny całkowicie okalającą otwór, z organizatorami przewodów

- kocyk dla noworodka lub podkład pełniący tę funkcję

- 1 serweta na stolik Mayo


- min.1 ręcznik

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 1 zestawu do operacji ginekologicznych o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 2 zestawu do operacji brzuszno-kroczeniowych, o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczeniowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zastąpienia otworu, kiedy nie jest używany)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 3 zestawu do operacji ginekologicznych o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 zestawu do zabiegów chirurgii biodra nieznacznie różniącego się od wymaganego, o niżej opisanym, min. składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- 1 serweta (min.140 x 180 cm) na stół instrumentarium
- 1 serweta (min.140 x 78 cm) na stół Mayo
- 1 serweta operacyjna (min.150 x 300 cm) z przylepcem
- 1 serweta samoprzylepna (min. 180 x 260 cm) z wycięciem „U” (min. 6 x 85cm)
- 1 serweta (min. 100 x 150 cm) nieprzylepna
- 1 osłona na kończynę (min. 36 x 100) cm
- 2 taśmy samoprzylepne (min. 9x50 cm)

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 zestawu do operacji dłoni/stopa nieznacznie różniącego się od wymaganego, o niżej opisanym, min. składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- 1 serweta (min.140 x 180 cm) na stół instrumentarium ze wzmocnieniem (min.70 x80cm)
- 1 serweta na stolik Mayo (min.140 x 75 cm) ze wzmocnieniem (min.75x80cm)
- 1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy (min.300 x200) ze wzmocnieniem (min.75x80cm)
- 4 ręczniki celulozowe (min.30 x 30 cm)

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 zestawu uniwersalnego nieznacznie różniącego się od wymaganego, o niżej opisanym, min. składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- 1 serweta (min.140 x 180 cm) na stół instrumentarium
- 1 serweta (min.140 x 75 cm) na stół Mayo
- 2 serwety operacyjne z przylepcem (min.75 x 90 cm)
- 1 serweta operacyjna z przylepcem(min.170 x 180 cm)
- 1 serweta operacyjna z przylepcem (min.150x 240 cm)
- min.2 ręczniki (min.30 x 20 cm)

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 zestawu uniwersalnego nieznacznie różniącego się od wymaganego, o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- 2 x serweta przylepna 150x180cm
- 2 x serweta przylepna 75x90cm
- 4 x ręczniki do rąk

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17: Serweta z regulowanym otworem, jałowa, włókninowa min.56g/m² 100cm x 75cm z przylepcem

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 w pozycji 1, 30kompresów z gazy 10x10cm 17 nitkowej 12-warstwowej z nicią RTG, przewiązane po 10 szt.

Odp. Wymagamy zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m ²
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ² , zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² , zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² , zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m ²
1 x serweta elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 35 cm x 120 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wym. 230 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm zintegrowana ze zbiornikiem na płyny Serweta wykonana z 2 warstwowego laminatu, gramatura 57g/m ² , zbiornik wykonany z folii PE, wyposażony w otwór samouszczelniający się, sztywnik oraz port do podłączenia drenu.
4 x ręcznik do rąk o wym. 30,5 cm x 34 cm Ręcznik chłonny, gramatura 68g/m ²
3 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm Taśma samoprzylepna włókninowa, gramatura 68 g/m ²
1 x osłona na kończyne o wym. 22 cm x 75 cm Elastyczna, 2 warstwowa osłona na kończyne typu „stockinette”
1 x osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm Osłona wykonana z folii PE, gramatura 47g/m ² oraz laminatu chłonnego, gramatura 57g/m ² , gramatura całkowita w obszarze wzmocnionym 104 g/m ²
2 x serweta na stolik o wym. 150 cm x 190 cm Serweta bez przylepca wykonana z wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m ² .

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta wzmocniona, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5cm, z organizatorami przewodów	150cm x 180cm	1 szt.
serweta wzmocniona na stół instrumentalny	150cm x 190cm	1 szt.

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² , zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Z osobno dołączonymi 2 szt sterylne zapakowanymi ręcznikami włókninowymi pakowanymi pojedynczo w rozmiarze 40x40 cm.

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 30 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 50 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów

2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m ²
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² i wymiarach 30 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² i wymiarach 50 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów
2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m ²
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 12 poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuje fartuchów z kolorystyczną identyfikacją rozmiarów w postaci kolorowej lamówki (różne kolory lamówki w zależności od rozmiaru)? Rozwiązanie takie znacznie usprawnia dobór odpowiedniego rozmiaru.

Odp. Nie oczekujemy.

Pakiet 14 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane a'100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność zaokrąglenia ceny w przypadku wyceny za szt.

Odp. Tak.

Pakiet 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszule przedoperacyjne w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Tak.

Pakiet 14 poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a'50szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność zaokrąglenia ceny w przypadku wyceny za szt.

Odp. Tak.

Pakiet 14 poz. 8

Czy Zamawiający ma na myśli ochraniacze na buty czy np. klapki włókninowe jednorazowe?

Odp. Zamawiający ma na myśli ochraniacze lub klapki włókninowe jednorazowe.

Pakiet 14 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu lub klapki włókninowe jednorazowe?

Odp. Dopuszcza ochraniacze na obuwiu lub klapki włókninowe jednorazowe.

Pakiet 15 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm lub 30x80cm?

Odp. Dopuszczamy 30 x 80 cm.

Pakiet 15 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z jedną taśmą przylepną? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie dołączenia drugiej osobno sterylnie zapakowanej taśmy.

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 16 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści serwety 2 warstwowe (włóknina + laminat) o gramaturze 56g/m²?

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o wymiarze 6x8cm?

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 16 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem przylepnym o średnicy 10cm?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 16 poz. 9, 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę bez otworu?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 16 poz. 9, 12

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 9 i 12 do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp. Nie wydzielaamy.

Pakiet 16 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS o gramaturze min. 50 g/m², w polu krytycznym wzmocnienie z włókniny i laminatu., gramatura serwety w polu krytycznym min. 160 g/m²?

Odp. Dopuszczamy

Pakiet 16 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x170cm z otworem przylepnym o średnicy 12cm?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 16 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x280cm z otworem przylepnym o średnicy 10cm?

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 16 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm z przylepcem?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 16 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x220cm z przylepcem?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 40g/m²?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę niejałową z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m²?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Dopuszczamy.

1. Część nr 18, poz.1 – Czy Zamawiający wymaga serwet składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka?
2. Część nr 19, poz.1,2 – Czy Zamawiający wymaga podkładów składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do ofert przetargowej, oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Ad. 1 Nie wymagamy.

Odp. Ad. 2 Nie wymagamy.

Odp. Ad. 3 Tak.

Pytanie 1

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cesarskiego cięcia o składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm

- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

- 4 ręczniki 30 x 40 cm

- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm z miękkiej włókniny

- 1 serweta do cięcia cesarskiego o gramaturze 57,5 g/m² o rozmiarze 260/200 cm x 335cm, z otworem 27 x 33 cm w okolicach jamy brzusznej, z oknem 14 x 20 cm otoczonym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny oraz osłoną podpórek kończyn górnych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 2

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów w chirurgii biodra o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestetyczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego w polu krytycznym o gramaturze 109,5 g/m². Pozostały obszar serwet – gramatura 57,5 g/m².

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 3

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści stosowany obecnie na Bloku Operacyjnym zestaw do artroskopii kolana z workiem na płyny o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywtnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 4

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści stosowany obecnie na Bloku Operacyjnym zestaw do artroskopii o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 120 x 140 cm
1 osłona na kamerę 13 x 250 cm, składana rewersowo
1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 25 cm
1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę z folii PE 33 x 55 cm
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50 cm
1 serweta na kończynę 280 x 200 cm z otworem samouszczelniającym 7 cm
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego - folii polietylenowej o grubości 20 µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m²
Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 5

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 120 x 140cm
1 serweta na kończynę dłoń/stopa 200 x 300cm dwuwarstwowa, z otworem samouszczelniającym o średnicy 3 cm umieszczonym centralnie
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego - folii polietylenowej o grubości 20 µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m².
Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 6

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści stosowany obecnie na Bloku Operacyjnym zestaw do operacji dłoń/stopa o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm ze wzmocnieniem 75 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem 75 x 90 cm
2 ręczniki 30 x 40 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.
Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m²
Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 7

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści stosowany obecnie na Bloku Operacyjnym zestaw uniwersalny o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250cm
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet, polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20 x 50 cm (+/- 0,5 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m².
Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 8

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 9

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
- 2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm
- 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm
- 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego - folii polietylenowej o grubości 20 µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m².

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 10

Pakiet 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienia w części przedniej i na rękawach o gramaturze 28g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie dopuszczamy.

Pytanie 11

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu o składzie włóknina 30g/m² i folia PE 20µm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m² pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezyjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego, klej repositionowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 3

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm
- 1 x serweta na stół Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
- 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
- 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
- 1x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm

- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm ,
z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie.
Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen)
o gramaturze 58g/m² odpornego na penetrację płynów >200 cmH₂O, Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.
Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 4

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (wzmocnienie chłonne 74x190 cm)
- 1 x osłona na stolik Mayo ortopedyczna 80x142 cm (wzmocnienie chłonne 75x100 cm)
- 1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa,
- 2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm
- 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną,
-1 x serweta do artroskopii w 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² bez zawartości pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm
- 1 x serweta 135x196 cm
- 1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa
- 2 x taśma przylepna, 10x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 34x36 cm
-1 x serweta do artroskopii 221/290x310 cm z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. 74x90cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m², dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.
Odp. Dopuszczamy.

Pakiet nr 9

Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm μ,
1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo,
2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku,
1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna,
1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna,
1 x taśma lepna 9x50 cm,
4 x ręcznik chłonny 20x30 cm.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu, 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m², odporne na przenikanie płynów (>200 cm H₂O), wytrzymałe na rozrywanie na mokro/sucho(min. 190kPa). Wszystkie serwety okrywające pacjenta oraz warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów sterylizowanych radiacyjnie, co skutkuje lekko nieprzyjemnym zapachem, ale zwiększa konkurencyjność postępowania.

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 9

Czy należy zaoferować stolik narzędziowy standardowy wykonany z folii PE ze wzmocnieniem w części środkowej?

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet nr 10:

Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm μ ,
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo,
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku,
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna,
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna,
- 1 x taśma lepna 9x50 cm,
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu, 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m², odporne na przenikanie płynów (>200 cm H₂O), wytrzymałe na rozrywanie na mokro/sucho(min. 190kPa). Wszystkie serwety okrywające pacjenta oraz warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów sterylizowanych radiacyjnie, co skutkuje lekko nieprzyjemnym zapachem, ale zwiększa konkurencyjność postępowania.

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 10

Czy należy zaoferować stolik narzędziowy standardowy wykonany z folii PE ze wzmocnieniem w części środkowej?

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet nr 11

Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm μ ,
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo,
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku,
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna,
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna,
- 1 x taśma lepna 9x50 cm,
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu, 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m², odporne na przenikanie płynów (>200 cm H₂O), wytrzymałe na rozrywanie na mokro/sucho(min. 190kPa). Wszystkie serwety okrywające pacjenta oraz warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min.

3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów sterylizowanych radiacyjnie, co skutkuje lekko nieprzyjemnym zapachem, ale zwiększa konkurencyjność postępowania.

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet nr 12 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 55 mmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N. Na opakowaniu indykator sterylności. Rozmiary S-XXL.

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet nr 12 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 55 mmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa i min. 140 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N oraz min. 90/100 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności. Rozmiary S-XXL.

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet nr 12 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień) z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barrierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,6 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 115 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach L-XLL.

Odp. Dopuszczamy.

Zapytanie I – dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 1 zaoferowano zestaw uniwersalny, w którym serweta dolna posiada wymiary 175x175cm, serweta górna 240x150cm, natomiast ręczniki posiadają rozmiar 18x25cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

PAKIET 02

1. Poz. nr 1-2 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m²?

Odp. Dopuszczamy.

2. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji ginekologicznych o następującym składzie:
1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów (min. 45 x 60 cm) i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladek 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Odp. Dopuszczamy.

3. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji brzuszno-kroczywych o następującym składzie:
1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 serweta brzuszno-kroczywa z padami chłonnymi (otwory owalne 19 x 29 cm i 9 x 12 cm z klapą) 230 x 250 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odp. Dopuszczamy.

PAKIET 03

1. Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów

3. Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania serwety o wymiarach 150 x 175 cm lub 100 x 90cm?

Odp. Tak.

4. Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania serwety o wymiarach 150 x 120 cm i przyklepnym otworem o średnicy 7 cm?

Odp. Tak.

5. Poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania serwety o wymiarach 175 x 150 cm?

Odp. Tak.

6. Poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania serwety o wymiarach 200 x 175 cm?

Odp. Tak.

7. Poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania serwety o wymiarach 120 x 150 cm i przyklepnym otworem o średnicy 7 cm?

Odp. Nie.

8. Poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania serwety o wymiarach 170 x 300 cm?

Odp. Nie.

PAKIET 17

1. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania serwet o gramaturze 55 g/m²?

Odp. Tak.

Z uwagi na przypadające w dniu 1 listopada święto narodowe wiele firm oraz instytucji publicznych nie pracuje w dniu 2-3 listopada, co w połączeniu z weekendem 4-5 listopada daje 5 – dniową przerwę od pracy. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego w wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na dzień co najmniej 9 listopada. Zgoda na powyższe pozwoli oferentom na sporządzenie oraz wysłanie ofert w terminie gwarantującym ich dostarczenie przed upływem terminu składania ofert.

Odp. **Nowy termin składania ofert to: 09.11.2017 r. godzina 10:00, otwarcie ofert :09.11.2017 r. godzina 10:15.**

dotyczące przedmiotu zamówienia:

Dot. próbek. Czy Zamawiający dopuści do oceny jakości próbki niejałowe?

Odp. Nie dopuszczamy, wymagamy próbek jałowych.

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestawy o gramaturze serwet min. 56 g/m²?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :

serweta z przylepcem	1	Gramatura: 73 g/m ²	260x240
serweta z przylepcem	1	Gramatura: 73 g/m ²	240x150
pokrowiec na nogę	1	Gramatura: 73 g/m ²	120x37
kieszonka na płyny z kształtką	1	PE - 1K	40x30
taśma medyczna	6	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści taśmę medyczną o wymiarach 9x50 cm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 5, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłony foliowe o rozmiarze 14x234 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestawy o gramaturze serwet min. 43 g/m²?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 7, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw bez wzmocnionych serwet, ale z serwetą główną o gramaturze 73 g/m²?

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 7, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ręczniczki o rozmiarze 20 x40 cm?

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 8, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłony foliowe o rozmiarze 14x234 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 9, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z przylepcem o rozmiarze 150 x240 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 10, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z przylepcem o rozmiarze 150 x240 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 14, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszul przedoperacyjnych dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 15, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozmiarze 35x42 cm?

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 15, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści podkład o rozmiarze 220x90 cm i bez wzmocnianych nitok?

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 15, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści 45x28 cm?

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 18, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninowo foliowaną polipropylenowo - polietylenową o gramaturze 56 g/m² w rozmiarze 180x150 cm?

Odp. Nie dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 18, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninowo foliowaną polipropylenowo - polietylenową o gramaturze 56 g/m² w rozmiarze 200x180 cm?

Odp. Dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 19, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podkład o rozmiarze 210x80?

Odp. Nie dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 19, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści podkład o rozmiarze 130x80?

Odp. Dopuszczamy.

Pytania do projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak.

2. Zważywszy na treść § 2 ust. 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić jakie osoby będzie hospitalizował a tym samym nie wiadomo jakich artykułów i w jakiej ilości będzie potrzebował.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego z serwetą do cięcia cesarskiego o następujących parametrach:

1 serweta główna 160x300 z otworem 30x25cm wypełnionym folią chirurgiczną bez wycięcia w kształcie „gruszki”, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie dopuszczamy.

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów chirurgii biodra z jedną serwetą samoprzylepną w rozmiarze 150cm x 240cm oraz jedna osłoną na kończynę w rozmiarze 35x120cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie dopuszczamy.

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy wyposażonym dodatkowo w dwa ręczniki do rąk oraz dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów?

Odp. Dopuszczamy.

Zadanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z jedną serwetą operacyjną z przylepcem w rozmiarze 150x180cm oraz jedna serwetą operacyjną z przylepcem w rozmiarze 150cmx 240cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Zadanie nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 180 op. a' 100 szt.?

Odp. Tak.

Zadanie nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 100 op. a' 100 szt.?

Odp. Tak.

Zadanie nr 14, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 600 op. a' 50 szt.?

Odp. Tak.

Zadanie nr 14, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 3 op. a' 50 szt.?

Odp. Tak.

Zadanie nr 14, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma na myśli ww. pozycji ochraniacze na obuwiu włókninowe?

Odp. Chodzi o włókninowe ochraniacze na obuwiu.

Zadanie nr 15, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 35cm x 120cm lub 35cm x 80cm?

Odp. Dopuszczamy 35x80 cm.

Zadanie nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej w rozmiarze 200cm x 160cm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej o gramaturze 50g/m2?

Odp. Nie.

Zadanie nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z włókniny w rozmiarze 200cm x 80cm lub 200cm x 160cm?

Odp. Dopuszczamy 200x160 cm.

Zadanie nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z włókniny w rozmiarze 120cm x 80cm lub 160cm x 70cm?

Odp. Dopuszczamy 120x80 cm.

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 zestawu do chirurgii biodra zawierającego w swoim składzie serwetę nieprzylepną w rozmiarze min. 150 x 150 cm (w miejsce 170 x 150cm). Pozostałe parametry i skład minimalny bez zmian.

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9 w pozycji nr 1 zestawu uniwersalnego o gramaturze minimum 62 g/m² + gramaturze wzmocnienia serwet minimum 70g/m² łącznie 132 g/m².

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1 zestawu zawierającego w swoim składzie serwetę z przylepcem w rozmiarze min. 170 x 175 cm (w miejsce 170 x 180cm)

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1 zestawu zawierającego w swoim składzie serwetę z przylepcem w rozmiarze min. 150 x 240 cm (w miejsce 180 x 240cm)

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 11 w pozycji nr 1 zestawu uniwersalnego o gramaturze min 62 g/m² zawierającego w swoim składzie serwetę z przylepcem w rozmiarze min. 150 x 240 cm (w miejsce 180 x 230cm) oraz serwetę z przylepcem w rozmiarze min. 175 x 170 cm (w miejsce 180 x 150cm)

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 13 w pozycji nr 1 komplet chirurgiczny z włókniny SMMS o gramaturze min 45 g/m², reszta parametrów bez zmian.

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 16 w pozycjach od nr 1 do nr 6 serwet o gramaturze min. 62 g/m²

Odp. Dopuszczamy.

Z poważaniem