

Wodzisław Śląski 15.01.2018

**Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śl.**

ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śl.
tel./fax. 032 45 91 837 i 838

Do:
Oferenci biorący udział w postępowaniu
„Dostawa implantów ortopedycznych“
nr sprawy 29/ZP/17

L.dz. TP/ /18

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przesyła sprostowanie do odpowiedzi z dnia 11.01.18 r. Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 18 brzmi:

„18. Czy Zamawiający w **Zadaniu 33 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania:

Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, w składzie:

- gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwóźdźnia zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe,
- śruba zaślepiająca?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.”

Z poważaniem