

**Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śl.**
ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śl.
tel./fax. 032 45 91 837 i 838

Do:
Oferenci biorący udział w postępowaniu
„Dostawy sprzętu jednorazowego użytku“
nr sprawy 5/ZP/18

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Pakiet 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 pakiet 3 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm, średnica noża odpowiednio 12,4 mm, 16,4mm, 20,4mm, 24,4 mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 3 wymaga, aby wysokość otwartej zszywki wynosiła 3,5mm czy 5,5mm?

Odpowiedź: Prosimy zaoferować w tej pozycji staplery w obydwu wersjach, do wyboru: 3,5mm i 5,5mm.

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 pakiet 3 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach:

jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 pakiet 3 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach:

jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm), stapler

posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 5.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 pakiet 3 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach:

jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 6?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Części nr 06:

Prosimy o możliwość zaoferowania próbek niesterylnych, ze względu na wysoką wartość asortymentu.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.