

**Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śl.**
ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śl.
tel./fax. 032 45 91 837 i 838

Do:
Oferenci biorący udział w postępowaniu
„Dostawy sprzętu jednorazowego użytku“
nr sprawy 5/ZP/18

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 02, pozycja 1,3

Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 30 specyfikuje wyłącznie system do odsysania jednego, konkretnego wytwórcy (Serres), prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązań równoważnych (zgodnie z Art. 29 ust. 3), pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia w kompatybilne pojemniki wielorazowe. Jednocześnie zauważamy, że dopuszczenie rozwiązań równoważnych, z jednoczesnym wymogiem dostarczenia „zamienników pasujących do oryginalnych pojemników wielorazowych ssaka Serres” ma charakter jedynie pozorny, gdyż nie istnieją takowe zamienniki, ze względu na fakt, że każdy system, dla wymogów bezpieczeństwa, opiera się na pełnej kompatybilności kanistra i wkładu, którą może zapewnić jedynie produkt pochodzący od jednego producenta, zabezpieczony dodatkowo poprzez patenty, które chronią dany produkt przed nielegalnymi podróbkami.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści system charakteryzujący się cechami:

- wkłady i kanistry mają kształt okrągły, co jest bez znaczenia w przypadku działania systemu w oparciu o centralną próżnię, jak i większość ssaków medycznych.
- kanistry (pojemniki wielokrotnego użytku) bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych), kanistry można sterylizować w temp.121°;
- zaczep w kanistrach jest kompatybilny z zawieszkami zamontowanymi w placówce Zamawiającego;
- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów;
- króćciec pacjenta jest uniwersalny, kątowy, gładki, zwężający się, kompatybilny z drenami o różnej średnicy;
- wkłady wyposażone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem;
- wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania;
Umożliwi to zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (potwierdzone badaniami laboratoryjnymi), co spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28.10.2015r.)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Pakiet 02, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren o śr. 5,6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.