

Wodzisław Śląski 26.01.2018

**Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śl.**

ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śl.
tel./fax. 032 45 91 837 i 838

Do:
Oferenci biorący udział w postępowaniu
„Dostawy sprzętu jednorazowego użytku“
nr sprawy 5/ZP/18

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy Części nr 06:

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek, gdyż jesteśmy Państwa dostawcą na mocy umowy nr 207/17 z dnia 28.12.2017.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wezwie do złożenia próbek tylko w przypadku gdy konieczna będzie pełna weryfikacja asortymentu oferowanego przez Wykonawcę.

2. Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 05 - Filtry do ssaków

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 Filtr antybakteryjny typu Arbor Vacugard 60 (model BSU734) do ssaka BOSCAROL OB1000 z pakietu nr 05 Filtry do ssaków do osobnego pakietu, ponieważ umożliwi to złożenie ofert większej ilości oferentów?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela ww. pozycję do nowego pakietu. Szczegółowy opis zawiera załącznik do niniejszego pisma.

3. Zadanie/ Pakiet 03

Poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych staplerów z łamaną główką, regulacją docisku, o średnicy 21mm, 26mm, 29mm, 32mm, 34mm. Zszywki tytanowe obłe, o wysokości otwartej zszywki 4,5mm dla rozmiarów 21-26; 4,8mm dla rozmiaru 29; 5,0mm dla rozmiaru 32-34.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Zadanie/Pakiet nr 03: Poz.1-6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami obłymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.