

**Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śl.**
ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śl.
tel./fax. 032 45 91 837 i 838

Do:

Oferenci biorący udział w postępowaniu

**„Dostawy sprzętu jednorazowego,
materiałów ortopedycznych,
preparatów do mycia basenów “**
nr sprawy 18/ZP/18

L.dz. TP/ /18

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 01 poz.1 i poz.2**, równoważny system do odsysania wydzielin ustrojowych do opisanego w pakiecie? Poz.1 - wkłady workowe jednorazowe 1000ml do ssaka Boscarol OB 1000/2012 poz.2 pojemniki wielorazowe 1000ml na wkłady workowe kompatybilne z poz.1? Dostarczymy nieodpłatnie pojemniki wielorazowe 1000ml do tyłu ssaków Boscarol OB. 1000/2012 ile Zamawiający ma w użytkowaniu. Proponowany przez naszą firmę system do odsysania spełnia takie same standardy jakościowe co opisany w SIWZ system. Dopuszczenie asortymentu o zbliżonych parametrach nie spowoduje obniżenia standardów jakościowych a umożliwi zdrową konkurencję i pozwoli wybrać Zamawiającemu najkorzystniejszą opcję. Proponowany system jest znany w placówce, bo jest zamawiany z innego postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Mobilne ssaki Boscarol posiadają mocowania w które stabilnie można zamontować tylko oryginalne pojemniki co jest ważne w użytkowaniu przez pogotowie ratunkowe.

2. Pytanie do pakietu 3 materiały do wertebroplastyki:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wertebroplastyki o następującej charakterystyce:

Zestaw umożliwiający przezskórne, przemasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów

- Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku, a po wymieszanu możliwość wypełnienia cementem trzonów z tego samego pojemnika;
- Podajnik o pojemności 14 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów;
- W zestawie powinien znajdować się giętki przewód łączący podajnik z igłą (dł. min.40 cm), zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG;
- Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania masy klejowej lub cementu kostnego (min.3), różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne);
- Cement o optymalnej gęstości, zawierający środek cieniujący – 30% siarczany baru, zapewniający czas wiązania/twardnienia do 15 min po wymieszanu składników;

Komplet: urządzenie mieszająco- podające, 2 igły, miękki przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym – 20g.

Zestaw umożliwiający przezskórne, przemasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów

- Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku, a po wymieszanu możliwość wypełnienia cementem trzonów z tego samego pojemnika;
- Podajnik o pojemności 10 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów;

- W zestawie powinien znajdować się elastyczny przewód łączący podajnik z igłą;
- Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania masy klejowej lub cementu kostnego (min.3), różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy: centralne (diamentowe) oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne);
- Cement o podwyższonej gęstości (po wymieszaniu konsystencja „ciastoliny”), zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 min po wymieszaniu składników;

Komplet: urządzenie mieszająco-podające, 2 igły, elastyczny przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym – 20g.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

3. Pytania do pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny system, którego producent nie podaje mocy w watach ani głośności urządzenia, pracujące przy napięciu zasilania 12V (zasilany 8 bateriami AA)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie do pakietu 06-dreny do artropompy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania drenów jednorazowych do pompy artroskopowej, pakowanych jednostkowo, sterylnie (dreny jednorazowe, napływowe i odpływowe) wraz z użyczeniem nieodpłatnym pompy na czas trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet nr 15 poz. 2: prosimy o dopuszczenie pudełka do liczenia igieł nie będącego wyrobem medycznym tj. objętego 23% stawką VAT.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet nr 13, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego komponentu (zmiękczonego i płuczonego) przeznaczonego do termicznego przygotowania do ponownego użycia kaczek, basenów itp. Produkt zawiera: stabilizatory twardości, inhibitory korozji, kwasy organiczne (kwas cytrynowy), wartość pH koncentratu: ok. 1.3. Oferowany przez nas preparat należy stosować w stężeniu użytkowym 0,1-0,3%, tzn. 1-3 gram na 1 litr wody. Preparat w płynie w opakowaniach 5 kg. Produkt zapobiega powstawaniu osadów i usuwa już powstałe. Gęstość ok. 1,08 g/cm³ (20 stop. C) Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem