

SPIS WYPOSAŻENIA - tabela 1

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	SYMBOL NA RYSUNKU	NAZWA	MEDIA						gazy medyczne	wyposażenie stałe	konstrukcja	UWAGI	liczba szt.
				230V	230V rezerwowane	400V	WOD-KAN	sieć logiczna	wentylacja mechaniczna					
1,06	Szatnia brudna	Cd	szafki na odzież wykonane na wymiar											1
		Gj	parawan											1
1,08	Szatnia czysta	Pw	stelaż na worki foliowe z pokrywą											1
		Ks	regał listwowy na kosze											2
1,09	Pokój wypoczynkowy/socjalny	Af	zestaw wypocznkowy											1
		Cck	zestaw mebli typu kuchennego, wykonane na wymiar				U,Z						nad blatem roboczym gniazda 230 V	1
		Tg	wbudowana lodówka	x										1
1,02	Przygotowanie pacjenta	Fa2	wózek do transportu pacjenta											1
		Gh12	lampa zabiegowa, ścienna	x	x						x	w przypadku ścianek g-k wymagane wzmocnienie ściany		1
		Tg	wbudowana lodówka	x										
		TPG	tablica poboru gazów							02,V, Air 5	x			1
		Tg	wbudowana lodówka	x										1
		Ccm	meble medyczne wykonane na wymiar	x			U						nad blatem roboczym gniazda 230 V	1
1,11	Pomieszczenie porządkowe	DP	automatyczny dozownik płynów dezynfekcyjnych				x				x			1
		Zr	zlew roboczy				x				x			1
1,1	Przygotowanie personelu	Ul	umywalka chirurgiczna		x		x				x			1
		Ks	regał listwowy na kosze											2
1,01	Sala operacyjna	Ba3	taboret stalowy, obrotowy, na kółkach											2
		Cas	szafa stalowa, przeszklona, wykonana na wymiar								x		wykonać wraz z zabudową panelową sal operacyjnych	1
		Df5	wózek anestezjologiczny											1
		Df7	stolik narzędziowy											2
		Df8	wózek na aparaturę medyczną											1
		Ge3	stół operacyjny, elektryczny	x								wymaga wzmocnionego stropu lub podkonstrukcji wg wytycznych producenta	wymaga specjalistycznego montażu zasilanie wg wytycznych producenta	1
		Gh5	kolumna chirurgiczna	x	16x230V			x		2x02,2xV,2xAIR5, 2xCO	x	wymaga wzmocnionego stropu lub podkonstrukcji wg wytycznych producenta	wymaga specjalistycznego montażu zasilanie wg wytycznych producenta	1
		Gh6	kolumna anestezjologiczna	x	16x230V			x		2x02,2xV,2xAIR5,1xAGSS	x	wymaga wzmocnionego stropu lub podkonstrukcji wg wytycznych producenta	wymaga specjalistycznego montażu zasilanie wg wytycznych producenta	1

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	SYMBOL NA RYSUNKU	NAZWA	MEDIA						gazy medyczne	wyposażenie stałe	konstrukcja	UWAGI	liczba szt.
				230V	230V rezerwowane	400V	WOD-KAN	sieć logiczna	wentylacja mechaniczna					
		Gh14	lampa operacyjna	x	x			x			x	wymaga wzmocnionego stropu lub podkonstrukcji wg wytycznych producenta	wymaga specjalistycznego montażu zasilanie wg wytycznych producenta	1
		Pw	stelaż na worki foliowe z pokrywą											1
		Kp	komputer ścienny medyczny/negatoskop cyfrowy		x			x			x		wbudowany w ścianę	1
		PS	panel sterowania mediami	x				x		x	x		połączenie sterowania gazów medycznych, elektryki i wentylacji mechanicznej	1
		RTG- g	gniazdo do urządzenia RTG	16A				x		x		gniazdo elektryczne dedykowane dla obsługi RTG mobilnego	1	
		TPG-r	rezerwowe gniazda gazów medycznych							x		w przypadku sali operacyjnej TPG stanowią rezerwowe źródło gazów zgodnie z kolumną	2	
		Zg	zegar elektryczny	x										1
1,04	Pomieszczenie brudne	Ccs	meble stalowe, wykonane na wymiar				Z						nad blatem roboczym gniazda 230 V	1
		Pw	stelaż na worki foliowe z pokrywą											1
		SP	gniazdo sprężonego powietrza/ pistolet SELECTA							x				1
1,03	Śluza pacjenta/ materiałowa	Fa2	wózek do transportu pacjenta											2
01 XII	pomieszczenie opisów	Eb	biurko	x				x					gniazda w pobliżu biurka	1
		Bc10	fotel obrotowy na kółkach, zmywalny											1