

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 29.08.2019 r.

L.dz. TP /19

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:
„Aktualizacja systemu informatycznego PACS
wraz z wymianą serwera, stacji diagnostycznej 2MP,
robota nagrywającego płyty
oraz stacji technika do skanera Regius 110”
nr sprawy 18/ZP/19**

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie pełnej nazwy systemu PACS i jego producenta.

Odpowiedź: Producent VISUS, nazwa JiveX.

Pytanie 2.

Prosimy o informację czy koszty związane z migracją danych będzie ponosił Wykonawca czy pokryje je Zamawiający?

Odpowiedź: Koszty migracji danych ponosi Wykonawca.

Pytanie 3.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że skaner Regius 110 do którego ma być nowa stacja technika jest sprawny i działa poprawnie.

Odpowiedź: Skaner Regius 110 jest sprawny.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści dla stacji technika monitor dotykowy LCD 19”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem