

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
„Zakup narzędzi chirurgicznych”  
sprawa 14/Zp/2020**

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Część nr 2- narzędzia laparoskopowe

Poz.1,2) Kleszczyki rozbieralne 3-częściowe o dł. 330mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.4) Wkład o dł. 330mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.5) Tubus o dł. 330mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.6) Ramię robocze (rękojeść) skręcane na gwint, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Część nr 3 - pincety, elektrody

Poz.1) Pinceta o dł. 180mm lub 200mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.2) Czy Zamawiający wymaga kabla do urządzeń ERBE/ Wolf/Martin/ Aesculap czy US Standard?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kabla do urządzeń firmy ERBE.

Poz.4) Z uwagi na fakt, że pozycje są możliwe do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie jej z części i utworzenie nowej odrębnej co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu następujące kary umowne:

1) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto **niedostarczonego w terminie** sprzętu, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie sprzętu,**

2) w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 5 ust. 5 w wysokości 0,1 % ceny brutto towaru wadliwego za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru wadliwego** - poza sytuacjami, kiedy Wykonawca na ten czas dostarczy równorzędne urządzenie zastępcze.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

5. Wnosimy o wyłączenie z części nr 2 pozycji nr 3, tj. roztworu przeciw parowaniu optyk.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o dopuszczenie w:

- poz. 1-2, 4-6 - narzędzi o dłg. 330 mm;
- poz. 6 - narzędzia z mechanizmem kulkowym do połączenia z częścią roboczą.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem