

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim  
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

L.dz. TP /20

Wodzisław Śląski 20.10.2020 r.

**Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na zakup wózków anestezyjologicznych nr sprawy 21/ZP/20**

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

**Dotyczy: zestaw wózków anestezyjologicznych**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 56 dni (8 tygodni) od dnia zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o możliwość zaferowania wózka anestezyjologicznego o poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:
  - szerokość 720 mm
  - głębokość 610 mm
  - wysokość całkowita 1080 mm
  - wysokość z nadstawką ok. 1650 mm

Odp. Nie.

- Wymiary szafki:
  - szerokość 650 mm
  - głębokość 550 mm
  - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm

Odp. Nie.

- Wózek wyposażony w 4 szuflady:
  - 3 szuflady o wysokości frontu 150 mm
  - 1 szuflada o wysokości frontu 225 mm

Odp. Tak.

- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:
  - przy wysokości frontu 150 mm: 450x390x130 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
  - przy wysokości frontu 225 mm: 450x390x200 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Odp. Tak

- Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem

Odp. Tak.

- Korpus szafki stalowy lakierowany proszkowo

Odp. Tak.

- Wózek wyposażony w wysuwany blat boczny z tworzywa ABS o wymiarach 360 x 360 mm

Odp. Nie.

- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor jasnoszary, fronty

i uchwyty szuflad wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego z możliwością wyboru kolorystyki (6 kolorów do wyboru: czerwony, żółty, pomarańczowy, jasno niebieski, niebieski, zielony)

Odp. Tak.

- Błat szafki z tworzywa ABS w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami zabezpieczającymi o wysokości 75 mm (z tyłu) i 45 mm (po bokach)

Odp. Tak.

- Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zintegrowane z frontami, umieszczone na całej szerokości szuflady, kolorystyka do wyboru (6 kolorów do wyboru: czerwony, żółty, pomarańczowy, jasno niebieski, niebieski, zielony)

Odp. Tak.

- Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze szarym, pełniąca funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą

Odp. Tak.

• WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:

- 1 x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonanej ze stali nierdzewnej

Odp. Nie.

- 1 x półka nadbłatowa mocowana do stelaża nadstawki o wym. ok. 600 x 115 mm

Odp. Tak.

- 1 x nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników

Odp. Nie.

- 2 x pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą otwieraną kolaniem

Odp. Tak.

- 3 x uchylna, tworzywowa kuweta z boku wózka na akcesoria

Odp. Nie.

- 1 x stalowy, lakierowany proszkowo pojemnik na cewniki

Odp. Tak.

- 4 x kpl. podziałek do szuflad wykonanych z tworzywa, dzielących przestrzeń szuflady na 9 pól

Odp. Tak.

- 1 x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z boku wózka, stalowy lakierowany proszkowo w kolorze szarym

Odp. Tak.

- Dodatkowe akcesoria mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub nad blatem górnym / roboczym wózka?

Odp. Nie.

**dot. SIWZ, rozdział III przedmiot zamówienia, pkt. 6-** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia pracowników, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta wózki anestezyjologiczne nie wymagają przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**SIWZ, Dział II, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. III-** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w przypadku w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**SIWZ, Dział II, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. III-** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**SIWZ, Dział II, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. III-** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie do 72 godzin, czasu, w którym pracownik wykonawcy określi rodzaj uszkodzenia oraz termin naprawy. Dla podmiotów mających siedzibę oddaloną o kilkaset kilometrów od Zamawiającego jest to optymalny czas, dający możliwość zorganizowania pracy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**SIWZ, Dział II, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. III-** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie do 10 dni, na zapewnienie serwisu gwarancyjny oraz ewentualne naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem