

Wodzisław Śląski 18.12.2020 r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu
na "Dostawę środków dezynfekcyjnych"
nr spr. 25/ZP/2020

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż zgodnie z art.38 pkt 4 zmienia treść SIWZ.

1. Zamawiający w zadaniu 6 poz. 1 dopisuje jako wymóg obowiązkowy „Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością- posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym: kategoria 1 grupa 2 oraz kategoria 1 grupa 4”.
2. W zadaniu nr 6 w poz. 1 zmiana zapisu dotyczącego opakowania jednostkowego: jest „do 6 litrów” powinno być „6 litrów lub przeliczenie ilości”.
3. W zadaniu nr 17 w poz. 1 zmiana zapisu dotyczącego opakowania jednostkowego: jest „do 5 litrów” powinno być „5 litrów lub przeliczenie ilości”.

W załączeniu zmodyfikowane formularze asortymentowo- cenowe.

Pytanie do SIWZ

1. Czy w zadaniu nr 20 w p. 2 i 3 Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej rozdzielając dwuskładnikowy preparat dezynfekcyjny do automatycznego reprocusowania endoskopów wszystkich marek? Czy w związku z tym Zamawiający wymaga jednego preparatu dezynfekcyjnego wysokiego poziomu dwuskładnikowego (czynnik + aktywator), będącego środkiem jednokrotnego użycia i wyrobem medycznym, kompatybilnym z enzymatycznym preparatem myjącym z pozycji 1, przeznaczonym do maszynowego reprocusowania endoskopów wszystkich marek w myjni dezynfektorze Medivators ISA: preparat A o pH 0,6 (+/- 1,0), posiadający w swym składzie m.in. nadtlenuk wodoru, kwas nadctowy oraz preparat B o pH 11, posiadający w swym składzie m.in. wodorotlenek sodu, propan-2-ol, o aktywności bakteriobójczej, sporobójczej, prątkobójczej, wirusobójczej, grzybobójczej i wielkości opakowania zbiorczego 2x10 litrów (cz. A +cz. B)?

Odpowiedź: W zadaniu 20 poz. 2 i 3 Zamawiający wymaga jednego preparatu dezynfekcyjnego wysokiego poziomu dwuskładnikowego (czynnik + aktywator), będącego środkiem jednokrotnego użycia i wyrobem medycznym, kompatybilnym z enzymatycznym preparatem myjącym z pozycji 1, wielkości opakowania zbiorczego 2x10 litrów (cz. A +cz. B).

Jednocześnie zmienia się termin składania ofert na dzień 30.12.2020 r. Składanie ofert godzina 11:00, otwarcie ofert godzina 11:15.

Z poważaniem