

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu przetargowym na:  
„Dostawy sprzętu medycznego oraz narzędzi uzupełniających dla Bloku Operacyjnego”  
nr sprawy 34/ZP/2020

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy zadania nr 3: czy Zamawiający dopuści retraktor o długości 33 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, należy zaoferować zgodnie z SIWZ.**

#### **Dział II Załącznik nr 1 – Wzór umowy**

1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ( dotyczy aparatu RTG z ramieniem C).**

1. Dot. Pakietu nr 4 –kleszcze i nożyczki laparoskopowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy i nożyczek laparoskopowych gdzie wkład w części górnej będzie łączony z osłonką na klik dla lepszej stabilności, a w części przy uchwycie skręcany na gwint, pozostałe parametry bez zmian?

2. Dot. Pakietu nr 4 poz. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stożka Hasson'a metalowego gwintowanego bez uchwytów na szwy lub gładkiego z uchwytami na szwy, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: ad.1-ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody, należy zaoferować zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3, pkt 4. V -Retraktor, z kółkiem obrotowym do ustawiania pod kątem i rozciągania dystalnej końcówki, ze złączem LUER-Lock do czyszczenia, autoklawowalny, rozmiar 10 mm, długość 35 cm?

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, cz. I, pkt. 3, procesor umożliwiający uzyskanie zwiększonego kontrastu oraz naturalne kolory?

#### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, cz. I, pkt. 5, Wyjścia cyfrowe 1x HDMI, 1x DVI, 2x HD-SDI, rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz?

#### **Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, cz. I, pkt. 13, Zaprogramowane tryby pracy: chirurgia ogólna, ginekologia, urologia, artroskopia?

#### **Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, cz. I, pkt. 15, bez możliwości wyświetlania PoP ?

#### **Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, cz. I, pkt. 16, język menu Angielski?

**Odpowiedź: ad.1 – ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody, należy zaoferować zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Adres e- mail: kancelaria-faktury@zoz.wodzislaw.pl**

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto sprzętu, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostarczeniu przedmiotu umowy**

2) w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 5 w wysokości 0,1 % ceny brutto towaru wadliwego za każdy dzień opóźnienia - poza sytuacjami, kiedy Wykonawca na ten czas dostarczy równorzędne urządzenie zastępcze, **jednak nie więcej niż 10% ceny brutto towaru wadliwego opóźnionego w naprawie lub wymianie**

**Odpowiedź: ad.1 – ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z poważaniem